

ПРОТОКОЛ
клинических испытаний серийного
аппарата КВЧ-терапии портативного
«Радамир»

Медицинские испытания были проведены в соответствии с программой медицинских испытаний. При этом лечение прошли 48 человек, воздействие проводилось по БАЗ и БАТ. Из них:

Хронический гастрит - 7 человек;

Язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки - 19 человек;

Хронический обструктивный бронхит - 5 человек;

Бронхиальная астма - 5 человек;

Табачная зависимость - 12 человек.

Переносимость метода хорошая. Терапевтическая эффективность при монотерапии отмечена в 85% случаев. Побочных явлений не отмечалось.

Результаты проведенных испытаний подтверждают соответствие аппарата медицинским требованиям. Технических недостатков и неисправностей при работе за указанный период времени не выявлено. Аппарат удобен в эксплуатации, портативен, может быть применен у постели больного. Комплект излучателей с различной длиной волны позволяет дифференцированно подходить к лечению различных заболеваний.

Институт высоких технологий 24.03.2008