

ПРОТОКОЛ

медицинских испытаний аппарата физиотерапевтического портативного для воздействия низкоинтенсивным электромагнитным излучением на БАТ и БАЗ «Радамир»

1. С 23.01.08 г. по 22.02.08 г. в Казанском Университете Восточной Медицины (КУВМ) проведены испытания серийного образца аппарата физиотерапевтического портативного для воздействия низкоинтенсивным электромагнитным излучением на БАТ и БАЗ «РАДАМИР».
2. Медицинские испытания проведены в соответствии с программой и методикой, разработанной в КУВМ. Количество больных 70, число процедур на курс лечения 7-14 дней продолжительностью 15-30 минут.
3. «РАДАМИР» соответствует требованиям, указанным в техническом задании. Его применяли при лечении больных с гипертонической болезнью (25 чел.), вегето-сосудистой дистонией (20 чел.), климактерическим неврозом (6 чел.), острым артритом различных суставов (9 чел.), ишемическая болезнь сердца (10 чел.). Положительный эффект получен у 78% больных в виде уменьшения и устранения болей и явлений воспаления, улучшения подвижности суставов (54%), снижения артериального давления (78%), улучшение сна (100%), повышение работоспособности (95%), снижение метеочувствительности (46%), уменьшение частоты приступов стенокардии (37%), повышение толерантности к физическим и психоэмоциональным нагрузкам (71%).